



## Haltbarkeit von medichem Produkten

### Haltbarkeit vor erstmaliger Nutzung/Öffnung

Die Kennzeichnung mit dem Symbolaufdruck („Sanduhr“) gefolgt von den Angaben „verwendbar bis“ sowie Monat und Jahr gibt die Haltbarkeit an, bis zu der das nicht angebrochene Produkt uneingeschränkt verwendet werden kann.

Bei Kosmetik-Produkten wird die Haltbarkeit gemäß der Kosmetikverordnung durch den Hinweis „mindestens haltbar bis“ oder das Symbol („Sanduhr“) in Verbindung mit der Angabe von Monat und Jahr angegeben. Beträgt die Haltbarkeit mehr als 30 Monate, erfolgt die Kennzeichnung mit dem Symbol („geöffneter Tiegel“) und der gedruckten Angabe der Haltbarkeit nach Anbruch des Produktes.

### Haltbarkeit nach erstmaliger Nutzung/Öffnung

Auch nach Anbruch des Produktes ist die uneingeschränkte Verwendbarkeit von Desinfektionsmitteln bei guter und sauberer Lagerung grundsätzlich bis zum Erreichen des aufgedruckten Haltbarkeitsdatums gegeben. Voraussetzung ist jedoch, dass das Gebinde unmittelbar nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschlossen wird. Aus dem Originalgebinde entnommenes und nicht verwendetes Desinfektionsmittel (Produktreste) darf nicht in das Originalgebinde zurückgegeben werden, um Verunreinigungen zu vermeiden.

### Haltbarkeit von Hände-/Hautdesinfektionsmitteln in Spendersystemen

Durch das bei Dosierspendern konstruktionsbedingt nicht wiederverschließbare Originalgebinde, beträgt die Haltbarkeit von angebrochenen Gebinden in Spendersystemen 6 Monate. Voraussetzung hierfür ist, dass das Spendersystem in technisch und hygienisch einwandfreiem Zustand betrieben wird. Insbesondere beim Wiederbefüllen bzw. Wechsel der Gebinde ist eine Verunreinigung des neuen Produktes durch mögliche Produktreste zu vermeiden.

### Haltbarkeit von gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern

Die Haltbarkeit nach Anbruch von gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern beträgt 3 Monate / 28 Tage (siehe Tabelle), sofern nach jeder Tuchentnahme die Verpackung sorgfältig wieder verschlossen wird.

Sind bei Verwendung von Desinfektionstüchern aus angebrochenen Verpackungen offensichtliche Abweichungen hinsichtlich Tränkungsgrad/Befeuchtung der Desinfektionstücher im Vergleich zu Tüchern aus neu angebrochenen Verpackungen erkennbar, sollte keine Verwendung dieser Tücher mehr erfolgen. Für eine sichere Desinfektion sind in diesem Fall Desinfektionstücher aus einer neuen Verpackung zu verwenden.

Produktgruppe	Haltbarkeit vor Anbruch	Haltbarkeit nach Anbruch	Haltbarkeit im Spendersystem
Hände-/Hautdesinfektionsmittel	siehe: verwendbar bis	siehe: verwendbar bis bzw. Haltbarkeit nach Anbruch	6 Monate* bzw. Haltbarkeit nach Anbruch
Kosmetika/Pflegeprodukte	siehe: / mindestens haltbar bis:	siehe: max. bis Erreichen mindestens haltbar bis:	6 Monate**
Instrumentendesinfektionsmittel	siehe: verwendbar bis	siehe: verwendbar bis	nicht relevant
Flächendesinfektionsmittel	siehe: verwendbar bis	siehe: verwendbar bis	nicht relevant
Inventarwischtücher	siehe: verwendbar bis	28 Tage	nicht relevant
Schnelldesinfektionstücher	siehe: verwendbar bis	3 Monate	nicht relevant
Pocket Wipes	siehe: verwendbar bis	3 Monate	nicht relevant
Flow Wipes sensitive/free	siehe: verwendbar bis	3 Monate	nicht relevant

\* längstens bis Erreichen der Haltbarkeit vor Anbruch

\*\* längstens bis Erreichen der Haltbarkeit vor Anbruch oder der Haltbarkeit nach Anbruch

- Dem Erreichen der längsten Haltbarkeit ist eine sachgemäße Verwendung vorauszusetzen.

04/2018